

スリットランプ及び専用カメラシステムに係る物品購入仕様書

この仕様書は、那須南病院（以下「病院」という。）がスリットランプ及び専用カメラシステムを購入・設置するために必要な事項を示すものである。

1 物品名

スリットランプ及び専用カメラシステム

2 納入場所

栃木県那須烏山市中央3丁目2番13号
南那須地区広域行政事務組合立那須南病院

3 納入期限

令和7年3月15日まで

4 購入物品の条件等

(1) 購入機器は下記のとおりとする。

スリットランプ及び専用カメラシステム 一式			
品名	メーカー	規格・型式等	数量
スリットランプ（トノメーターAT030SL800付）	カールツァイス	SL800	1式
池上通信機カメラシステム	Ikegami	MKC-X300	1式
K-1750専用モニターポール（ジョイント付）	イナミ	K-1750-PMD	1台
K-1750専用カールツァイス社 SL800取付キット	イナミ	K-1750-PH27	1式
スライディングテーブル専用患者椅子無線キット	イナミ	K-1750-DB-P	1式
K-1750専用メーカー純正トランス取付キット	イナミ	K-1751-PH2	1式
Medius ImageAcquire スリットランプ取込（デスクトップPC付）	ビーライン		1件
ウイルスセキュリティソフト	ビーライン		1件
出張取付費・設置作業費			1式
ネットワーク構築費			1式

(2) 現場の状況により、主要な機器の構成に含まれていない軽微な機器等がある場合は、正常稼働を図ることを前提に対応すること。

(3) 設置後試運転調整を行い正常な動作を確認すること。

(4) 納入した機器の梱包材は、納入業者の責任において搬出・処分すること。

5 特記事項

(1) 納入物品の搬入に係る費用は全て納入業者の負担とする。

(2) システムが正常稼働を図る上で必要なアプリケーション、初期稼働に必要な消耗品等は全て含むものとする。

- (3) 保証期間はメーカーの定める期間とする。
- (4) 取扱説明書又は簡易取扱説明書を、1部以上の提供を行うこと。
- (5) 現場担当者へシステムの操作説明を行うこと。

6 入替作業等における注意事項

(1) 入替方法及び留意点

- ① 作業を行う際、業務に影響を及ぼす場合、又は及ぼす恐れがある場合は、事前に現場の病院職員の指示に従うこと。（音、振動、臭い、粉塵など。）
- ② 搬入・搬出に伴う、車両の駐車場所、搬入・搬出場所及び経路等については病院と打合せを行い、病院の指示に従うこと。
- ③ 装置の入替については、病院と打合せのうえ、診療に影響のない時間帯で実施すること。
- ④ 作業において、病院施設に重大な損失等を与えた場合は、病院と協議のうえ至急原状回復を行うこと。
- ⑤ 患者（家族含む。）と不要な会話は厳に慎み、また、挙動不審な行為は厳禁とする。
- ⑥ 作業終了後は、使用方法について現場の職員によく説明すること。
- ⑦ 病院は敷地内禁煙であるため、業務従事者もこれに従うこと。（車両内も含む。）
- ⑧ 病院内作業において知り得た個人情報などを病院の院外院内問わず口外してはならない。その職を解かれた場合も同様とする。

(2) 服装

納入業者の作業員はネームプレートを身につけるか、社名入りの制服を着用し、身だしなみに注意すること。

7 保証

調達物品の保証期間中に発生した故障で、納入業者の業務上の不備によると認められる故障及び発注者の過失によらない故障は、速やかに無償で修復すること。

なお、納入業者の業務上の不備と認められる故障は、当該保証期間終了後も無償で修復を行うこと。

8 その他

- (1) この仕様書に定めのない事項については、その都度、病院と納入業者とが協議して取り決めるものとする。
- (2) 提出された書類は返却しない。